

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «24» мая 2021 г. № 814

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 1,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 100 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 100 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,3 до 100 м ³ /ч	Установка поверочная «ВЗЛЕТ ПУ», зав. № 030007 включающая: • весовое устройство ВУ- 0,015Т, зав. № 327403/11; • весовое устройство ВУ- 1,5Т, зав. № 120969; • расходомер-	3.7.АВР.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АВР.0001.2021	ООО «ГлавПрибор», 7203425474

		счетчик электромагнитн ый «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 674023; - расходомер- счетчик электромагнитн ый «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 200686; - расходомер- счетчик электромагнитн ый «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 200687.				
--	--	--	--	--	--	--