

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «24» мая 2021 г. № 815

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 99,9 %	Установка поверочная влажномерная R-AT- MM/VL, зав. № 9 включающая: • счетчик- расходомер массовый Micro Motion мод. CMF, зав. № 14240391; • счетчик- расходомер массовый Micro Motion мод. CMF, зав. № 14299950;	3.7.ГГГ.0004.2021	48	ПрС- 3.7.ГГГ.0004.2021	ООО ИК «СИБИНТЕК» Филиал Макрорегион «Западная Сибирь», 7708119944

		• счетчик-расходомер массовый Micro Motion мод. CMF, зав. № 14240116; • счетчик-расходомер массовый Micro Motion мод. F, зав. № 14286452; • преобразователь давления измерительный Cerabar T PMP131, зав. № F50F4701052; • преобразователь давления измерительный Cerabar T PMP131, зав. № F50F4801052; • преобразователь давления измерительный Cerabar T PMP131, зав. № F50F4901052; • манометр TM3, зав. № 2; • манометр TM5, зав. № 135;				
--	--	--	--	--	--	--

		• термометр сопротивления 90 мод. 2002, зав. № 17120943; • титратор влаги по Карлу Фишеру автоматический Titration Compact V20, зав. № 5132058484.				
--	--	---	--	--	--	--