

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «25» мая 2021 г. № 823

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 12 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 12 м ³ /ч	Установка поверочная «УПА-01», зав. № 1 включающая: - расходомер массовый Promass 83E25 (1 линия), зав. № 88034202000; - расходомер- счетчик электромагнитн ый SITRANS F (2 линия), зав. № FDKDN1300011 75;	3.7.ABY.0001.2021	12	ПрС- 3.7.ABY.0001.2021	ООО «ТатАвтоматизация», 1644056149