

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «25» мая 2021 г. № 824

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 180 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 180 м ³ /ч	Установка поверочная расходомерная «Пятигорск- ЭСКО», зав. № 01	3.1.ZДЕ.0360.2021	12	ПрС- 3.1.ZДЕ.0360.2021	Пятигорский филиал ФБУ «Ставропольский ЦСМ», 2634013109