

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «26» мая 2021 г. № 825

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объемного расхода газа 1 разряда в диапазоне значений от 0,04 до 10 м ³ /ч	Установка поверки газовых счетчиков УПГС-10, зав. № 001 включающая: • счетчик газа повышенной точности диафрагменный G4/G6, зав. № 9987; • гигрометр психрометричес кий ВИТ-2, зав.	3.7.АВД.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АВД.0001.2021	ИП Архипов А.Ю., 613200356059

		№ 3; • барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав. № 11849; • термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-5, зав. № 21; • ротаметр с местными показаниями РМ-А-01 ГУЗ, зав. № 2051655; • ротаметр с местными показаниями РМ-6,3 ГУЗ, зав. № 1020332; • ротаметр с местными показаниями РМ-4,0 ГУЗ, зав. № 1020334; • вакууметр ВПЗ-У, зав. № 823037; • тягонапоромер жидкостной ТНЖ-Н, зав. № 13026; • тягонапоромер				
--	--	---	--	--	--	--

		жидкостной ТНЖ-Н, зав. № 37643.				
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--