

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «26» мая 2021 г. № 826

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 7 т (м ³), единицы массового расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 7 т/ч, единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 7 м ³ /ч	Установка поверочная УПС-8, зав. № 1 включающая: - расходомер массовый Promass 83F25, зав. № F110F702000; - счетчик жидкости лопастной МКА 800, зав. № 2351908- 85249-X1.	3.7.ABE.0001.2021	12	ПрС- 3.7.ABE.0001.2021	ООО НПО «НТЭС», 1645001671