

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «31» мая 2021 г. № 873

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от плюс 32 до плюс 43,3 °С	• Излучатель в виде модели АЧТ, зав. № 325 • Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, зав. № 709091; • Термометр сопротивления платиновый вибропрочный, зав. № 027; • Термометр	3.7.АБШ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АБШ.0001.2021	ООО «Метрон М» 5408006618

		цифровой эталонный ТЦЭ- 005/М2, зав. № 221-0223				
--	--	--	--	--	--	--