

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» июня 2021 г. № 934

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,004 до 5,0 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,01 до 600 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная автоматизированная УПСЖМ 600, зав. № 091 включающая: • весовое устройство на базе тензодатчиков модели 1042 С4/40, зав. № 29451644/29451598/29451 603; • весовое устройство на базе тензодатчиков модели 1042 Сб/30, зав. № 527546/12025642/1202562 3; • весовое устройство на	2.7.АВЖ.0001.2021	12	ПрС- 2.7.АВЖ.0001.2021	ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 5044003551

		базе тензодатчиков АСВ С6-2.0t-SC, зав. № 21497526/21497524/21497 522. Эталон сравнения, зав. № 002				
--	--	---	--	--	--	--