

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «07» июня 2021 г. № 962

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 0,27 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,007 до 10 т/ч (м ³ /ч)	Стенд поверочный «RP 107 TYP ZR- S-12», зав. № ZR- RPS/10/0090/4/K включающий: • весы электронные K, KCC300, зав. № 2101638; • ротаметр (фирма «Heinrichs Messtechnik GmbH», Германия), зав. № б/н;	3.7.АВЭ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АВЭ.0001.2021	ООО «Миноль Энергосбережение», 7202110760

		• ротаметр (фирма «Rota Yokogawa GmbH & Co. KG», Германия), зав. № 9111191401; • ротаметр (фирма «Rota Yokogawa GmbH & Co. KG», Германия), зав. № 246790; • ротаметр (фирма «Rota Yokogawa GmbH & Co. KG», Германия), зав. № 9303269983.					
--	--	--	--	--	--	--	--