

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «08» июня 2021 г. № 972

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон 2 разряда единиц мощности кермы в воздухе в диапазоне значений от $3,5 \cdot 10^{-9}$ до $9 \cdot 10^{-8}$ Гр/с, мощности экспозиционной дозы в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-12}$ до $3 \cdot 10^{-9}$ А/кг, мощности амбиентного эквивалента дозы в диапазоне значений от $4 \cdot 10^{-9}$ до $1 \cdot 10^{-7}$ Зв/с	Установка поверочная для дозиметрическая мобильная УПДМ- А, зав. № 1 включающая: источник гамма- излучения на основе радионуклида цезий-137, паспорт № 551/20 ИРДГ- Ц7, зав. №	3.7.АВЧ.0001.2021	36	ПрС- 3.7.АВЧ.0001.2021	ООО «НТЦ Амплитуда», 7735092057

		94.20А; • дальномер лазерный GLM50 Professional, зав. № 502856186. Компаратор- дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1123, зав. № 51051				
--	--	---	--	--	--	--