

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «10» июня 2021 г. № 1002

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 1 разряда единиц мощности кермы в воздухе в диапазоне значений от $3 \cdot 10^{-10}$ до $5 \cdot 10^{-5}$ Гр/с, мощности экспозиционной дозы в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-11}$ до $1,5 \cdot 10^{-6}$ А/кг, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы в диапазоне значений от $3,5 \cdot 10^{-10}$ до $6 \cdot 10^{-5}$ Зв/с	Установка поверки дозиметрических приборов УПГД, зав. № 1 включающая: • источник гамма-излучения на основе радионуклида цезий-137 ИГИ-Ц-5-2, паспорт № 3390, зав. № 106; • источник	3.1.ВТФ.0016.2021	36	ПрС- 3.1.ВТФ.0016.2021	ФГУП «ПО «МАЯК», 5903004527

		гамма-излучения на основе радионуклида цезий-137 ИГИ-Ц-4-6, паспорт № 4062/19, зав. № Т72; • источник гамма-излучения на основе радионуклида цезий-137 ИГИ-Ц-4-2, паспорт № 2768/20, зав. № 5Р5; • источник гамма-излучения на основе радионуклида цезий-137 ИГИ-Ц-3-6, паспорт № 2709/18, зав. № Х85.				
--	--	--	--	--	--	--