

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» июня 2021 г. № 1023

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 3,0 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 600 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 600 м ³ ,	Установка поверочная УПСЖ-ПРО-600-600-В-С-ОР-000-10/30, зав. № 025 включающая: • весовое устройство на базе датчиков силоизмерительных тензорезисторных фирмы «Mettler- Toledo» тип МТВ-20 С3, зав. № 114879/114877/114883; • весовое устройство на базе датчиков силоизмерительных тензорезисторных фирмы «Mettler- Toledo» тип МТВ-200 С6, зав. № 8351176/8309408/8351151; • весовое устройство на базе датчиков	3.2.ГРЗ.0217.2021	12	ПрС- 3.6.ГРЗ.0217.2021	ООО «Газпромнефть- Автоматизация», 8905032469

	единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 600 м³/ч	силоизмерительных тензорезисторных фирмы «Mettler-Toledo» тип 0745A-2200 C6, зав. № 08598827/08599858/08701025; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS F M MAGFLO, первичный преобразователь MAG 1100/вторичный преобразователь MAG 6000, зав. № 7ME611394907T465/7ME692091909N 495; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS F M MAGFLO, первичный преобразователь MAG 1100/вторичный преобразователь MAG 6000, зав. № 7ME651064013T455/7ME692085309N 485; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS F M MAGFLO, первичный преобразователь MAG 1100/вторичный преобразователь MAG 6000, зав. № 7ME651829913T405/7ME692085109N 485; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS F M MAGFLO, первичный преобразователь MAG 1100/вторичный преобразователь MAG 6000, зав. №				
--	---	---	--	--	--	--

		7ME651226813T495/7ME692239509N 056.				
--	--	--	--	--	--	--