

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» июня 2021 г. № 1027

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,17 до 200 т (м ³)	Установка поверочная РУ- 200. БМ, зав. № 8500 включающая: • весы товарные шкальные РП- ЗШ13М, зав. № 0923; • счетчик- расходомер массовый Micro Motion мод. CMF 300, зав. № 11028790/37321 68.	3.7.ДВК.0003.2021	12	ПрС- 3.7.ДВК.0003.2021	ООО ИК «СИБИНТЕК» Филиал Макрорегион «Западная Сибирь», 7708119944