

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «17» июня 2021 г. № 1042

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 400 т/ч (м ³ /ч), единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 4,2 т (м ³), единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,3 до 400 м ³ /ч, единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 400 м ³	Установка поверочная «Взлет ПУ», зав. № 100023 включающая: • расходомер- счетчик электромагнитн ый «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 674721; • расходомер- счетчик	3.2.ВШК.0321.2021	12	ПрС- 3.2.ВШК.0321.2021	ООО «Татинтек», 1644055843

		электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 879992; • расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 326418; • расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 669815; • весовое устройство ВУ-0.015Т, зав. № 284944/10; • весовое устройство ВУ-1,5Т, зав. № 117690; • весовое устройство ВУ-5Т, зав. № 116849.				
--	--	--	--	--	--	--