

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «18» июня 2021 г. № 1046

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон 1 разряда единицы электрического напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне значений от 1 до 346 кВ	• Трансформатор напряжения измерительный эталонный NVRD 40, зав. № 2/06/2404; • Трансформатор напряжения измерительный эталонный NVOS 300mo, зав. № 2/09/1261; • Трансформатор напряжения	3.1.ZTT.0004.2021	12	ПрС- 3.1.ZTT.0004.2021	ФБУ «Ростест- Москва», 7727061249

		измерительный эталонный NVOS 500mo, зав. № 2/13/3443; • Мультиметр цифровой прецизионный 8508A/01, зав. № 431873896; • Комплект измерительных проводов.				
--	--	---	--	--	--	--