

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «21» июня 2021 г. № 1065

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 0,6 т (м³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 150 т/ч (м³/ч) и 3 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 0,01 т/ч (м³/ч), единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 150 м³/ч	Установка расходомерная УПРМ-С ТЕПЛОКОМ-100- 0,05/0,1/0,25, зав. № 004 включающая: • весы ВСН-3.0,1, зав. № 4529; • весы ВПВ-52, зав. № н90-002; • весы ВСН-	3.7.АГВ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АГВ.0001.2021	ООО «РВС», 3015083284

		2000.200-10, зав. № 35921; - расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1800489; - расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1800282; - расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1800305.				
--	--	--	--	--	--	--