

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «23» июня 2021 г. № 1075

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 40 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,04 до 40 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная счетчиков жидкости УПВ-40, зав. № 01	3.7.АГМ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АГМ.0001.2021	ООО «НПП АМ», 6317126518