

Приложение  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии

от «23» июня 2021 г. № 1076

**Перечень утверждаемых эталонов единиц величин**

| №<br>п/п | Наименование эталона единицы<br>величины и его обязательные и<br>метрологические требования<br>(характеристики)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Состав эталона                                                                                                                                                                                                                                                                         | Регистрационный<br>номер эталона<br>единицы величины | МАИ,<br>месяцы | Правила<br>содержания и<br>применения | Место содержания и<br>применения эталона<br>единицы величины<br>(наименование<br>организации-держателя<br>эталона, ИНН) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                    | 5              | 6                                     | 7                                                                                                                       |
| 1        | Рабочий эталон 2-ого разряда единиц коэффициента масштабного преобразования с номинальными значениями 3300, 5000 и 7500 и угла фазового сдвига с номинальным значением $\pm 1$ минута на напряжении переменного тока промышленной частоты в диапазоне входных и выходных значений номинальных напряжений $330000/\sqrt{3}$ В, $500000/\sqrt{3}$ В, $750000/\sqrt{3}$ В и $100/\sqrt{3}$ В | Высоковольтная поверочная установка ВПУ-750, зав. № 01 включающая:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Модуль 1: делитель напряжения высоковольтный, зав. № 01/1;</li> <li>Модуль 2: блок компенсации, зав. № 01/2;</li> <li>Модуль 3: прибор сравнения, зав. № 01/3.</li> </ul> | 3.7.МММ.0001.2021                                    | 12             | ПрС-<br>3.7.МММ.0001.2021             | АО «Концерн Росэнергоатом»,<br>7721632827                                                                               |