

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «23» июня 2021 г. № 1082

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы объема жидкости 1 разряда в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-6}$ до $0,5 \text{ м}^3$	• Мерник металлический образцовый 1 разряда М1р-2- 01, зав. № 427; • Мерник металлический образцовый 1 разряда М1р-5- 01, зав. № 29; • Мерник металлический образцовый 1 разряда М1р- 10-02, зав. № 1;	3.1.ZTT.0003.2021	12	ПрС- 3.1.ZTT.0003.2021	ФБУ «Ростест- Москва», 7727061249

		• Мерник образцовый 1 разряда М1Р-20-01, зав. № 64; • Мерник металлический образцовый 1 разряда М1р-50-01, зав. № 2; • Мерник металлический образцовый 1 разряда М1р-100-01, зав. № 3; • Мерник металлический образцовый 1 разряда М1р-200-02, зав. № 1; • Мерник металлический образцовый 1 разряда М1р-500-01, зав. № 4; • Колба мерная 1 класса точности, исполнение 1 50 мл, зав. № 01;				
--	--	--	--	--	--	--

		• Колба мерная 1 класса точности, исполнение 1 100 мл, зав. № 03; • Колба мерная 1 класса точности, исполнение 1 200 мл, зав. № 05; • Колба мерная 1 класса точности, исполнение 1 500 мл, зав. № 07; • Колба мерная 1 класса точности, исполнение 1 1000 мл, зав. № 09; • Колба мерная 1 класса точности, исполнение 1 2000 мл, зав. № 12; • Пипетка 1 класса точности, тип 1 1 мл, зав. № 14;				
--	--	--	--	--	--	--

		• Пипетка 1 класса точности, тип 1 10 мл, зав. № 15. Вспомогательные технические средства: • термометр лабораторный электронный ЛТ-300, зав. № 809280; • Секундомер электронный Интеграл С-01, зав. № 724107.				
--	--	---	--	--	--	--