

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «28» июня 2021 г. № 1120

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 1,8 т (м³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 150 т/ч (м³/ч) и 3 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 0,01 т/ч (м³/ч), единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 180 м³/ч	Установка поверочная расходомерная УПРМ-С ТЕПЛОКОМ-100- 0,05/0,1/0,25 зав. №003 включающая: • весы электронные специального назначения ВСН-3/0.1- 1, зав. № 1500002; • весы электронные специального назначения ВСН-60/5- 5, зав. № 0227; • весы электронные специального назначения ВСН- 2000/200-10, зав. № 26937;	3.7.АГК.0002.2021	12	ПрС- 3.7.АГК.0002.2021	ООО «ТЭМ», 7804012841

		• расходомер - счетчик электромагнитный "ВЗЛЕТ ТЭР", зав. № 1600035; • расходомер - счетчик электромагнитный "ВЗЛЕТ ТЭР", зав. № 1600036; • расходомер - счетчик электромагнитный "ВЗЛЕТ ТЭР", зав. № 1600037; • расходомер - счетчик электромагнитный "ВЗЛЕТ ТЭР", зав. № 1600038; • расходомер - счетчик электромагнитный "ВЗЛЕТ ТЭР", зав. № 1600118; • расходомер - счетчик электромагнитный "ВЗЛЕТ ТЭР", зав. № 1600030;				
--	--	--	--	--	--	--