

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «29» июня 2021 г. № 1132

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы длины в области измерения уровня жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 5,8 м	• Метрологический стенд СПУ, зав. 1510/1 • Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 4907	3.7.АГР.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АГР.0001.2021	ООО «НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 8903021599