

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «30» июня 2021 г. № 1144

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы плотности в диапазоне значений от 650 до 2000 кг/м ³	- Установка гидростатического взвешивания УПА-01, зав. № 003; - Эталонная мера плотности, зав. № 140411; - Эталонная мера плотности, зав. № 191102; - Весы неавтоматического действия ХРЕ205/М, зав.	2.1.ZB3.1000.2021	12	ПрС- 2.1.ZB3.1000.2021	ФБУ «Омский ЦСМ», 5502029980

		№ В413448432; • Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15, зав. № 116; • Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТС-10М, зав. № 2964; Вспомогательное оборудование: • Термостат жидкостный УПАТерм, зав. № 003;				
--	--	--	--	--	--	--