

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «30» июня 2021 г. № 1149

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц виброперемещения 2 разряда в диапазоне значения $2 \cdot 10^{-4} \dots 14$ мм, виброскорости 2 разряда в диапазоне значений $0,1 \dots 1000$ мм/с, виброускорения 2 разряда в диапазоне значений $0,1 \dots 500$ м/с ²	- Акселератор пьезоэлектрический 353B03, зав. № LW232996; - Анализатор спектра ZET 017, мод. ZET 017-U4, зав. № 1330; - Мультиметр цифровой 34401A, зав. № MY47017574; - Вибровозбудитель	3.1.ZBJA.2047.2021	12	ПрС- 3.1.ZBJA.2047.2021	ФБУ «Тюменский ЦСМ», 7203004003

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		4808, зав. № 2633139; Усилитель мощности 2719, зав. № B2719E02A04K04 09.				
--	--	---	--	--	--	--