

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» июля 2021 г. № 1161

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц спектрального, интегрального коэффициентов направленного пропускания в диапазоне значений от 0,01 до 0,93 (от 1 до 93 %) и оптической плотности в диапазоне от 0,03 до 2,00 Б в диапазоне длин волн от 0,4 до 0,78 мкм	Набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1М, зав. № 9100022	3.7.АГЦ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АГЦ.0001.2021	ОАО «Синтез», 4501023743