

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» июля 2021 г. № 1164

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 42 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 42 м ³ /ч	Проливная установка, зав. № 1 включающая: • электромагнитный расходомер Sitrans FM MAG 1100, DN6, зав. № 908112H104; • расходомер- счетчик электромагнитный ЭСКО-ЭР, DN6, № 2140001; • расходомер- счетчик	3.7.АГФ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АГФ.0001.2021	ООО «Югра- Сервис» 8602020697

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		электромагнитный ЭСКО-ЭР, DN25, зав. № 140201; • расходомер- счетчик электромагнитный ЭСКО-ЭР, DN50, зав. № 140202.				
--	--	---	--	--	--	--