

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» июля 2021 г. № 1165

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объемного расхода газа 1 разряда в диапазоне значений от 1500 до 26000 м ³ /ч	- Эталонный счетчик газа MPU 1200 DN700 PN100, зав. № 266С/700; - Комплекс измерительный «Суперфлоу-21В», зав. № 979; - Комплекс измерительный «Суперфлоу-	3.7.ЕЕЕ.0001.2021	36	ПрС- 3.7.ЕЕЕ.0001.2021	ООО «Газпром трансгаз Москва», 5003028028

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		21В», зав. № 1038.				
--	--	-----------------------	--	--	--	--