

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» июля 2021 г. № 1170

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы индуктивности 2 разряда в диапазоне значений от 100 мкГн до 1 Гн	• Мера индуктивност и Р596, зав. № 1465; • Мера индуктивност и Р596, зав. № 1510; • Мера индуктивност и Р596, зав. № 1003; • Мера индуктивност	3.7.АГН.0004.2021	12	ПрС- 3.7.АГН.0004.2021	АО «НПО автоматики», 6685066917

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		и Р596, зав. № 1070; • Мера индуктивность и Р596, зав. № 588; • Мера индуктивность и Р596, зав. № 1296; • Мера индуктивность и Р596, зав. № 1327; • Мера индуктивность и Р596, зав. № 1438; • Мера индуктивность и Р596, зав. № 1449.				
--	--	--	--	--	--	--