

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «05» июля 2021 г. № 1183

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,008 до 15 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 15 м ³ /ч	Установка поверочная РУ-30В зав. № 0406, включающая: • расходомер- счетчик электромагнитный «Взлет ТЭР», DN15, зав. № 1800285; • расходомер- счетчик электромагнитный «Взлет ТЭР», DN50, зав. № 1800316.	3.1.ZBJA.2049.2021	12	3.1.ZBJA.2049.2021	ФБУ «Тюменский ЦСМ», 7203004003

¹ МАИ – межаттестационный интервал