

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «08» июля 2021 г. № 1244

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 2 разряда единицы тангенса угла потерь в диапазоне значений от $0,5 \cdot 10^{-4}$ до 1 при напряжении 2 кВ частотой 50 Гц	Ячейка образцовая трёхзажимного типа ЯОИ-3, зав. № 653	3.1.ЗАБ.1705.2021	24	ПрС- 3.1.ЗАБ.1705.2021	ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан», 0278002498

¹ МАИ – межаттестационный интервал