

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «08» июля 2021 г. № 1247

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 2 разряда с номинальными значениями 0,07; 0,8; 1,7 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 300 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 3 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 600 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 600 м ³ /ч	Стенд поверочный СП 600/200-20, зав. № 001 включающий: • весы платформенные электронные модель Ладога СВП-100-5, НПВ 70 кг, зав. № 2333; • весы платформенные электронные модель	3.7.АГЦ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АГЦ.0001.2021	АО «АПЗ», 5243001742

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		Ладога СВП-1000, НПВ 800 кг, зав. № 1331; • весы платформенные электронные модель Ладога СВП-2000, НПВ 1700 кг, зав. № 124; • расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG 1100/MAG 6000, DN10, зав. № 516412H421/N1BN144 141; • расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG 5100W/ MAG 6000, DN40, зав. № 030902H088/N1308512 0; • расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG 5100W/ MAG 6000, DN150, зав. № 7ME652 749702N298; • расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG 6000 INDUSTRY, DN6, зав. № 676712H323; • расходомер-счетчик				
--	--	--	--	--	--	--

		электромагнитный MAGFLO, MAG 3100/ MAG 3000, DN50, зав. № 354112T286; расходомер-счетчик электромагнитный MAGFLO, MAG 3100 MAG 3000, DN10, зав. № 007520N286.				
--	--	--	--	--	--	--