

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «12» июля 2021 г. № 1257

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы плотности в диапазоне значений от 650 до 1150 кг/м ³	- Установка поверки ареометров УПА-01, зав. №007; - Эталонная мера плотности, зав. № 1712-06; - Эталонная мера плотности, зав. № 1712-07; - Прибор	3.1.ZCE.1512.2021	24	ПрС- 3.1.ZCE.1512.2021	ФБУ «УРАЛТЕСТ», 6662005668

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		комбинированный Testo 622, зав. № 39514255/708.				
--	--	---	--	--	--	--