

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «12» июля 2021 г. № 1266

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 2 разряда единиц мощности кермы в воздухе в диапазоне от $3 \cdot 10^{-10}$ до $2 \cdot 10^{-6}$ Гр/с, мощности экспозиционной дозы в диапазоне от $9 \cdot 10^{-12}$ до $6 \cdot 10^{-8}$ А/кг, мощности амбиентного эквивалента дозы в диапазоне от $3 \cdot 10^{-10}$ до $2 \cdot 10^{-6}$ Зв/с гамма-излучения	- Установка дозиметрическая поверочная ВУ-01 зав. № 07; - Источник гамма-излучения на основе радионуклида цезий-137 Ц5-4, зав. № 997; - Источник гамма-излучения на основе радионуклида цезий-137 Ц1-4,	3.1.ЗБИ.0901.2021	36	ПрС- 3.1.ЗБИ.0901.2021	ФБУ «Волгоградский ЦСМ», 3443013406

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		зав. № 158; • Источник гамма-излучения на основе радионуклида цезий-137 Ц2-5, зав. № 671; • Источник гамма-излучения на основе радионуклида цезий-137 Ц2-6, зав. № 494; • Источник гамма-излучения на основе радионуклида радий-226 ЕР-1, зав. № 7009; • Источник гамма-излучения на основе радионуклида радий-226 ЕР-8, зав. № CS 3570.				
--	--	--	--	--	--	--