

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «13» июля 2021 г. № 1317

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений,
в части вносимых изменений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Организация, проводящая первичную поверку	Форма знака поверки	Описание типа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Термопреобразователи сопротивления	ТС-Б	72995-20	изменению не подлежит	изменению не подлежит	- 2 года - для термопреобразователей сопротивления с диапазоном измерений от – 200 °С до -50 °С включ. и св. +300 °С до +660 °С включ; - 4 года - для термопреобразователей сопротивления с диапазоном измерений от - 50 °С до +300 °С включ.	изменению не подлежит	изменению не подлежит	Согласно приложению № 1.1 к приказу