

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «14» июля 2021 г. № 1329

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталона 1 разряда единицы молярной доли компонентов в газовых смесях в диапазоне значений от 0,00010 % до 92 %	• Комплекс аппаратно-программный на базе газоанализатора ГАММА-100, зав. № 01-2017; • Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк – Кристалл 5000», зав. № 652521	3.1.ЗБЧ.1303.2021	12	ПрС- 3.1.ЗБЧ.1303.2021	ФБУ «Кемеровский ЦСМ», 4207007095

¹ МАИ – межаттестационный интервал