

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» июля 2021 г. № 1345

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,0015 до 1,2 м ³ , объемного расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 100 м ³ /ч, объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 100 м ³ , объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 100 м ³ /ч	Установка поверочная «МЕРАКС УП», зав. № 1-0320. Основные технические средства, входящие в состав установки: • Накопительный бак; • Ресивер; • Насос с системой управления; • Трубопровод с системой регулирующих клапанов;	3.7.ADD.0001.2021	12	ПрС- 3.7.ADD.0001.2021	ООО «ПФО- Автоматика», 5254490140

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• Эталонные расходомеры: «Взлет ЭР», Ду 10, зав. № 879967, «Взлет ЭР», Ду 32, зав. № 679478, «Взлет ЭР», Ду 80, зав. № 679198; • Весоизмерительное устройство ВУ-1,5Т цифровой усилитель AD103C зав. № 118070, тензометрические датчики типа HLCB 1C3/550kg зав. №№ 30724581, 30724349, 30724589; • Весоизмерительное устройство ВУ0,02Т малых расходов на базе технических весов RADWAG. Модель WLC 20/A2 зав. № 294662/10; • Стол испытательный; • Измерительный аппаратно-программный комплекс (ИАПК) в составе: блок измерения, персональный компьютер, кабельные линии связи, схемы питания; • Комплект сменных частей и приборов (КИП)				
--	--	---	--	--	--	--