

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «22» июля 2021 г. № 1420

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от минус 50°C до плюс 100°C	• Источник теплового потока (излучатель) в виде модели абсолютно черного тела модификация АЧТ-2, зав.№ 053; • Термостат переливной прецизионный ТПП-1, модификация ТПП-1,3, зав.№ 972;	3.1.ЗБД.0801.2021	12	ПрС- 3.1.ЗБД.0801.2021	ФБУ «Белгородский ЦСМ», 3125008748

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• Термостат сопротивления платиновый вибропрочный ТСПВ, модификация ТСПВ-1, зав.№ 917; • Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный МИТ8, модификация МИТ 8.10, зав.№ 233				
--	--	--	--	--	--	--