

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «22» июля 2021 г. № 1433

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений,
в части вносимых изменений¹

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Организация, проводящая первичную поверку	Форма знака поверки	Описание типа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Преобразователи термоэлектрические	ТП-Б	43469-20	изменению не подлежит	изменению не подлежит	- первичная поверка до ввода в эксплуата- тацию - для ТП-Б и ТП-Б-У с НСХ типов: К (св. +1100...+1300 °C), N (св. +1200...+1300 °C); - 5 лет – для ТП-Б с НСХ типов: К, L (св. -40...+600 °C), N (св. -40...+800 °C); - 2 года – для осталь- ных преобразовате- лей.	изменению не подлежит	изменению не подлежит	Согласно при- ложению № 1.1 к приказу

¹ Столбцы 5-10 заполняются в части вносимых изменений, в столбцах 5-10, в которые не вносятся изменения, указывается запись «изменению не подлежит»