

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «23» июля 2021 г. № 1446

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от плюс 30 °С до плюс 45 °С	• Источник теплового потока (излучатель) в виде модели абсолютно черного тела АЧТ-1, зав. № 042; • Термометр сопротивления платиновый вибропрочный ТСПВ-1, зав.	3.1.ЗБМ.1101.2021	12	ПрС- 3.1.ЗБМ.1101.2021	ФБУ «Воронежский ЦСМ», 3664009359

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		№ 959; • Термостат переливной прецизионный ТПП-1.3, зав. № 253; • Измеритель температуры двухканальный прецизионный МИТ 2.05М, зав. № 337.				
--	--	--	--	--	--	--