

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «26» июля 2021 г. № 1473

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы виброускорения 2 разряда в диапазоне значений от 1 до 500 м/с ³ в диапазоне частот от 10 до 5000 ГЦ	- Вибростенд 4808, зав. № 1777128; - Вибропреобразователь эталонный пьезоэлектрический AP10, зав. № 5002; - Усилитель измерительный NEXUS 2692-012, зав. № 2919121; - Усилитель мощности 2719, зав. № b2719e01a14k0680;	3.7.АДК.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АДК.0001.2021	ПАО НПО «Искра», 5907001774

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• Генератор сигналов произвольной формы АКИП-3402, зав. № TW00012732; • Мультиметр цифровой 34410А, зав. № МУ47019723				
--	--	--	--	--	--	--