

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «26» июля 2021 г. № 1475

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы массы литра зерна (натуры зерна) 2 разряда в диапазоне значений от 780 до 820 г	Пурка эталонная литровая 2 разряда с падающим грузом ПХ-1, зав. № 338; Вспомогательное средство измерений для контроля внешних условий, обеспечивающих	3.7.АДИ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АДИ.0001.2021	АО «ЮСТИР», 3443009671

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		функционирование эталона и достоверность его работы: Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 11434.				
--	--	--	--	--	--	--