

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «28» июля 2021 г. № 1515

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы плотности в диапазоне значений от 650 кг/м ³ до 2000 кг/м ³	- Установка поверки ареометров, УПА-01, зав. №004; - Эталонные меры плотности жидкости, зав. № 140402, зав. № 140404, зав. № 201101; - Весы неавтоматического действия, ХРЕ205, зав.№ В413448431; - Термометр	3.1.ZBM.0706.2021	12	ПрС- 3.1.ZBM.0706.2021	ФБУ «Пензенский ЦСМ» ИНН: 5835000257

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		сопротивления эталонный ЭТС- 50, зав. № 046; • Многоканальный прецизионный измеритель температуры, МИТ 8.10, зав. № 277; • Термостат жидкостный в составе: термостат МЕ-31А; охлаждающий циркулятор F500, «УПАТерм», зав. № 004				
--	--	---	--	--	--	--