

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «30» июля 2021 г. № 1535

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы температуры 0 разряда в диапазоне значений от минус 50° С до 660,323° С	• Ампула тройной точки воды, зав. №0/38; • Ампула тройной точки воды, зав. №0/55; • Ампула реперной точки плавления галлия, зав. №106; • Ампула индия, зав. №128; • Ампула реперной точки затвердевания олова, зав. №103;	3.1.ZAM.2208.2021	24	ПрС- 3.1.ZAM.2208.2021	ФБУ «ЦСМ Татарстан» ИНН: 1660000697

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• Ампула реперной точки затвердевания цинка, зав. №105; • Ампула реперной точки затвердевания алюминия, зав. №107; • Термометр сопротивления эталонный, ЭТС-25, зав. №068; • Термометр сопротивления эталонный, ЭТС-25, зав. №069; • Термометр сопротивления эталонный, ЭТС-25, зав. №127; • Мера электрического сопротивления однозначная, МС 3050М, зав. №007; • Мера электрического сопротивления однозначная, МС 3050М, зав. №190; • Мера электрического сопротивления однозначная, МС 3050М, зав. №324; • Прибор вторичный прецизионный, 1595A Super-				
--	--	--	--	--	--	--

		Thermometer, зав. №B35220; • Термостат жидкостный, 7341, зав. №B21416; • Термостат жидкостный, 7312, зав. №B26309				
--	--	--	--	--	--	--