

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «04» августа 2021 г. № 1614

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Машины испытательные универсальные	МИМ	С	82572-21	072020314, 072020315, 052020208, 062020268, 022020156, 072020313	Общество с ограниченной ответственностью "ГОСТ" (ООО "ГОСТ"), г. Нефтекамск	Общество с ограниченной ответственностью "ГОСТ" (ООО "ГОСТ"), г. Нефтекамск	ОС	МП АПМ 44-20	1 год	Общество с ограниченной ответственностью "ГОСТ" (ООО "ГОСТ"), г. Нефтекамск	ООО "Авто-прогресс-М", г. Москва	14.10.2020
2.	Термопреобразователи сопротивления платиновые	iTHERM ModuLine	С	82573-21	RA040E144D8 (TM101 в комплекте с TMT180), RA040B144D7 (TM111 в комплекте с TMT82), RA040C144D6 (TM121 в комплекте с TMT180), RA04711448A (TM131 в комплекте с TMT82), RA04701448A (TM131 в комплекте с TMT82)	Фирма "Endress+Hauser Sicestherm S.r.L.", Италия	Фирма "Endress+Hauser Sicestherm S.r.L.", Италия	ОС	МП 207-013-2021	5 лет - для ТС классов А, В с пределами измерений от - 50 до +300 °С (включ.); 3 года - для ТС классов А, В с	Общество с ограниченной ответственностью "Эндресс+Хаузер" (ООО "Эндресс+Хаузер"), г. Москва	ФГУП "ВНИИМС", г. Москва	30.03.2021

										нижним преде- лом из- мерений от -196 до -50 °C (не включ.) и (или) верхним преде- лом из- мерений св. +300 °C; 2 года - для осталь- ных ТС			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--