

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «04» августа 2021 г. № 1631

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 0,3 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 30 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 3 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 30 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 30 м ³ /ч	Установка поверочная автоматизированная УПСЖМ 30, зав. № 101 включающая: • весовое устройство на базе датчиков силоизмерительных тензорезисторных фирмы «Avery Berkel» тип T203, зав. № 2729647/2676061/2688 756; • первичный преобразователь	3.7.АДН.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АДН.0001.2021	ООО «Торговый дом «ЭКВАТЭЛ», 1650251701

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		расхода УПСЖ-РЭ, контроллер УПСЖ-К, зав. № 001П, 001К; • первичный преобразователь расхода УПСЖ-РЭ, контроллер УПСЖ-К, зав. № 002П, 002К.				
--	--	--	--	--	--	--