

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «04» августа 2021 г. № 1634

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 1,5 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,006 до 1,5 м ³ /ч	Установка поверочная расходомерная УПР-15, зав. № 02 включающая: расходомер электромагнитн ый Promag 5H1B08, зав. № NC1D8119000.	3.7.АДО.0003.2021	12	ПрС- 3.7.АДО.0003.2021	ООО «Теплодоучет», 0323353187

¹ МАИ – межаттестационный интервал