

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «04» августа 2021 г. № 1635

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Эталон единицы мощности электромагнитных колебаний 2 разряда в диапазоне мощности от 0,001 до 100 мВт, в диапазоне частот от 0,03 до 37,5 ГГц	Преобразователь измерений NRP-Z55, зав. №130444	3.7.АДП.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АДП.0001.2021	ООО НПО «Радар» ИНН: 7810608657

¹ МАИ – межаттестационный интервал