

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «05» августа 2021 г. № 1642

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 1,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 100 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 100 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в	Установка поверочная «ВЗЛЕТ ПУ», зав. № 150054 включающая: • весовое устройство ВУ- 0,015Т, зав. № 310367/10; • весовое устройство ВУ- 1,5Т, зав. № 134866; • расходомер-	3.7.АДС.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АДС.0001.2021	Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Муравленко «Тепло», 8901025421

¹ МАИ – межаттестационный интервал

	диапазоне значений от 0,3 до 100 м³/ч	счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ-ЭР», зав. № 800076; - расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ-ЭР», зав. № 548702; - расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ-ЭР», зав. № 670288.				
--	---	---	--	--	--	--