

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «05» августа 2021 г. № 1643

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,003 до 5,0 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,01 до 700 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная ВПУ- Энерго-2000-ВУ-ОР, зав. № 0400.16.02 включающая: • весовое устройство ВУ- 0,015Т, зав. № 400021602; • весовое устройство ВУ- 1,5Т, зав. № 400221602; • весовое	2.1.ZBP.1133.2021	12	ПрС- 2.1.ZBP.1133.2021	ФБУ «Ростовский ЦСМ» ИНН: 6163000840

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		устройство ВУ- 6Т, зав. № 400321602.				
--	--	--	--	--	--	--