

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «05» августа 2021 г. № 1644

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,17 до 60 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 6 до 60 м ³ /ч	Стационарная поверочная расходомерная установка СПРУТ-100, зав. № 0025 включающая: • преобразователи расхода электромагнитн ые SAYANY, зав.№ 0001; • преобразователи расхода	3.7.АДР.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АДР.0001.2021	АО «Нефтеавтоматика», 0278005403

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		электромагнитные SAYANY, зав.№ 0002; • преобразователи расхода электромагнитные SAYANY, зав.№ 0003; • преобразователи расхода электромагнитные SAYANY, зав.№ 0004; • преобразователи расхода электромагнитные SAYANY, зав.№ 0005; • преобразователи расхода электромагнитные SAYANY, зав.№ 0006; • преобразователи расхода электромагнитные SAYANY, зав.№ 0007; • преобразователи расхода электромагнитные SAYANY, зав.№ 0008; • преобразователи				
--	--	---	--	--	--	--

		расхода электромагнитн ые SAYANY, зав.№ 0009; • преобразователи расхода электромагнитн ые SAYANY, зав.№ 0010.				
--	--	--	--	--	--	--