

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «06» августа 2021 г. № 1667

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 5,0 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 700 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 2000 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 2000 м ³ /ч, единиц массового и объемного расходов жидкости 3 разряда в диапазоне значений	Установка поверочная ВПУ-Энерго-2000-ВУ-ОР, зав. № 0400.16.02 включающая: • весовое устройство ВУ-0,015Т, НПВ 15 кг, зав. № 400021602; • весовое устройство ВУ-1,5Т, НПВ 1200 кг, зав. № 400221602; • весовое устройство ВУ-6Т, НПВ 5000 кг, зав. № 400321602; • расходомер	3.1.ZBP.1134.2021	12	ПрС- 3.1.ZBP.1134.2021	ФБУ «Ростовский ЦСМ» 6163000840

¹ МАИ – межаттестационный интервал

	от 0,005 до 0,01 т/ч (м³/ч)	электромагнитный Promag, DN4, зав. № N42B6B19000; • расходомер электромагнитный Promag, DN15, зав. № KB094419000; • расходомер электромагнитный Promag, DN32, зав. № KB094019000; • расходомер электромагнитный Promag, DN80, зав. № KB094719000; • расходомер электромагнитный Promag, DN200, зав. № KB0E7B19000; • расходомер электромагнитный Promag, DN200, зав. № KB0E7919000; • расходомер электромагнитный Promag, DN200, зав. № KB0E7A19000				
--	-----------------------------	---	--	--	--	--